

Zakroczym, dnia 06.03.2023 r.

**Uczestnicy rozeznania rynku**

**Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę fiolek do chromatografii oraz filtrów laboratoryjnych z dnia 24.02.2023 r.**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU**

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 03.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie nr 1.:**

*„Zwracam się z zapytaniem odnośnie wymaganych filtrów strzykawkowych do obydwu postępowań tzn:*

*W dokumencie pt „TRIO”: filtry z membrany PVDF*

*W dokumencie pt :”COMBO: filtry z membrany PVDF (13mm i 0,45µm) oraz z PTFE (25mm i 0,45µm)*

*Czy filtry mają być sterylne czy niesterylne?”*

#### **Odpowiedź:**

*„Niesterylne”*

**W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 09.03.2023r.**