



Zakroczym, dnia 30.04.2025 r.

Uczestnicy rozeznania rynku

Dotyczy: rozeznania rynku na **dostawę kolumny do chromatografii cieczowej (HPLC)** z dnia **16.04.2025 r.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 18.04.2025 r. wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1.:

„Dla podanej kolumny nie zgadza się jeden parametr, a mianowicie wielkość porów.

W Państwa wymaganiach jest wpisane:

Wielkość porów 135A

Zaś w specyfikacji producent podaje

Wielkość porów 130A?”

Odpowiedź:

„Wielkość porów 135A została dobrana na podstawie przeglądu certyfikatów różnych serii kolumn, a nie specyfikacji konkretnej kolumny.

Parametr ten może różnić się nieznacznie pomiędzy seriami, zatem należy sprawdzić certyfikat serii oferowanych kolumn. Dla metody Zamawiającego jest ważne, aby wielkość porów była w okolicy 133-136A.”

W związku z pytaniem Oferenta, Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 08.05.2025 r.